

RIDASCREEN® **Stop**

REF 3080V00-VK



1. Προβλεπόμενη χρήση

Για διαγνωστική *in vitro* χρήση. Το RIDASCREEN® **Stop** (3080V00-VK) είναι ένα αντιδραστήριο Stop που προορίζεται για χρήση με τα RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3rd Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401) και δοκιμασία RIDASCREEN® Legionella (C8001).

Το προϊόν προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες.

2. Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας

Το RIDASCREEN® **Stop** παρέχεται ως παρελκόμενο για τη δοκιμασία RIDASCREEN® (βλ. Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση).

3. Αρχές της δοκιμασίας

Το RIDASCREEN® **Stop** είναι έτοιμο για χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης των δοκιμασιών RIDASCREEN® (βλ. Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση).

Το RIDASCREEN® **Stop** χρησιμοποιείται στις δοκιμασίες RIDASCREEN® για τη διακοπή της δραστηριότητας της υπεροξειδάσης, μετατρέποντας το χρώμα του υποστρώματος από μπλε σε κίτρινο.

4. Παρεχόμενα αντιδραστήρια

Πίνακας 1: Παρεχόμενα αντιδραστήρια για το RIDASCREEN® **Stop**

Εξαρτήματα κιτ	Ποσότητα		Περιγραφή
Stop Κίτρινο καπάκι	1 ×	12 mL	Διάλυμα Stop, έτοιμο για χρήση, 1 N θειικό οξύ

5. Οδηγίες αποθήκευσης

Ακολουθήστε τις οδηγίες χειρισμού που φαίνονται στον Πίνακα 2 και αποθηκεύστε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται. Αφού παρέλθει η ημερομηνία λήξης ή η συνιστώμενη περίοδος αποθήκευσης του ανοιγμένου προϊόντος, δεν ισχύει πλέον η εγγύηση ποιότητας.

Πίνακας 2: Συνθήκες φύλαξης και πληροφορίες

	Θερμοκρασία αποθήκευσης	Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης	Συμπληρωματικές σημειώσεις σχετικά με την αποθήκευση
μη ανοιγμένη συσκευασία	2 - 8 °C	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την τυπωμένη ημερομηνία λήξης	-
ανοιγμένη συσκευασία	2 - 8 °C	≤ 5 εβδομάδες	Αποθηκεύστε αμέσως στο ψυγείο τα αντιδραστήρια που δεν χρειάζεστε.

6. Απαιτούμενα αλλά μη παρεχόμενα αντιδραστήρια

6.1 Αντιδραστήρια

Αντιδραστήρια

Δοκιμασία RIDASCREEN® (βλ. Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση)

6.2 Εργαστηριακός εξοπλισμός

Για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας απαιτείται ο εργαστηριακός εξοπλισμός της δοκιμασίας RIDASCREEN® (βλ. Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση).

7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για τους χρήστες

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο από πιστοποιημένο εργαστηριακό προσωπικό.

Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με την εργασία σε ιατρικά εργαστήρια (ορθή εργαστηριακή πρακτική). Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης όταν διεξάγετε τις δοκιμασίες RIDASCREEN®. Μην μεταφέρετε μέσω πιπέτας δείγματα ή αντιδραστήρια χρησιμοποιώντας το στόμα σας. Αποφύγετε την επαφή με δέρμα που παρουσιάζει τραύματα και βλεννογόνους υμένες. Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (κατάλληλα γάντια, εργαστηριακή ποδιά, προστατευτικά γυαλιά) κατά τον χειρισμό αντιδραστηρίων και δειγμάτων, και πλένετε τα χέρια σας μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας. Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε σε χώρους όπου γίνεται χειρισμός δειγμάτων.

Τα επικίνδυνα υλικά υποδεικνύονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις επισήμανσης. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω λεπτομέρειες για το Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) με τον κωδικό προϊόντος στη διεύθυνση <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Το αντιδραστήριο Stop περιέχει θειικό οξύ. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους υμένες.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη δέουσα απόρριψη του RIDASCREEN® Stop μετά τη χρήση. Εφαρμόστε τους εθνικούς κανονισμούς για τη διαδικασία απόρριψης.

Για τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αναφέρετε όλες τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το προϊόν στην R-Biopharm AG και τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

8. Διεξαγωγή της δοκιμασίας

Πριν από τη χρήση, αφήστε το RIDASCREEN® Stop να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου (20 - 25 °C).

Το RIDASCREEN® Stop πρέπει να χρησιμοποιείται όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης των δοκιμασιών RIDASCREEN® βλ.Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση).

9. Περιορισμοί της μεθόδου










1. Το RIDASCREEN® Stop προορίζεται για χρήση μόνο με τις εν λόγω δοκιμασίες RIDASCREEN® (βλ. Ενότητα 1. Προβλεπόμενη χρήση).
2. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ). Κατά τη χρήση του RIDASCREEN® Stop, οι χειριστές θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή για την αντίστοιχη δοκιμασία RIDASCREEN®.

10. Ιστορικό εκδόσεων

Αριθμός έκδοσης	Ενότητα και ονομασία
2021-12-29	Έκδοση του συστήματος

11. Επεξήγηση συμβόλων

Γενικά σύμβολα

	Διαγνωστικό <i>in vitro</i>
	Ακολουθήστε το εγχειρίδιο λειτουργίας
	Αριθμός παρτίδας
	Χρήση πριν από
	Θερμοκρασία αποθήκευσης
	Κωδικός προϊόντος
	Αριθμός δοκιμασιών
	Ημερομηνία παραγωγής
	Κατασκευαστής

Ειδικά σύμβολα δοκιμασίας

	Αντιδραστήριο διακοπής
---	------------------------