

**RIDASCREEN®** **Stop**

**REF** 3080V00-VK



## 1. Avsedd användning

För *in vitro*-diagnostisk användning. RIDASCREEN® **Stop** (3080V00-VK) är ett stoppreagens för användning med testen RIDASCREEN® Clostridium perfringens Enterotoxin (C0601), RIDASCREEN® Clostridium difficile GDH (C0701), RIDASCREEN® Clostridium difficile Toxin A/B (C0801), RIDASCREEN® Rotavirus (C0901), RIDASCREEN® Adenovirus (C1001), RIDASCREEN® Giardia (C1101), RIDASCREEN® Cryptosporidium (C1201), RIDASCREEN® Astrovirus (C1301), RIDASCREEN® Norovirus 3<sup>rd</sup> Generation (C1401), RIDASCREEN® Entamoeba (C1701), RIDASCREEN® Verotoxin (C2201), RIDASCREEN® Helicobacter (C2302), RIDASCREEN® Campylobacter (C2401), och RIDASCREEN® Legionella (C8001).

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning.

## 2. Sammanfattning och förklaring av testet

RIDASCREEN® **Stop** erbjuds som ett tillbehör till testen från RIDASCREEN® (se Avsnitt 1. Avsedd användning).

## 3. Testprincip

RIDASCREEN® **Stop** är färdigt för användning och måste användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen för testen från RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).

RIDASCREEN® **Stop** används i testen från RIDASCREEN® för att stoppa peroxidaktivitet, göra färgen på substratet från blått till gult.

## 4. Reagenser som ingår

**Tabell 1:** Reagenser tillhandahållna för RIDASCREEN® **Stop**

Satsens komponenter	Mängd		Beskrivning
<b>Stop</b> Gult lock	1 ×	12 mL	Stopplösning, klar för användning, 1 N svavelsyra

## 5. Förvaringsanvisningar

Följ hanteringsanvisningarna i tabell 2 och förvara produkten direkt efter användning enligt den angivna informationen. Efter att utgångsdatumet har passerat, eller den rekommenderade förvaringsperioden för den öppnade produkten har förflutit, är kvalitetsgarantin inte längre giltig.

**Tabell 2:** Förvaringsförhållanden och information

	Förvaringstemperatur	Maximal lagringstid	Kompletterande anmärkningar om förvaring
oöppnad	2 - 8 °C	Kan användas fram till angivet utgångsdatum	-
öppnad	2 - 8 °C	≤ 5 veckor	Reagenser som inte behövs ska omedelbart placeras i kylskåp.

## 6. Nödvändiga reagenser som inte medföljer

### 6.1 Reagenser

Reagenser
RIDASCREEN® test (se avsnitt 1. Avsedd användning)

### 6.2 Laboratorieutrustning

Den laboratorieutrustning som behövs för ett test från RIDASCREEN® krävs för att utföra testet (se avsnitt 1. Avsedd användning).

## 7. Varningar och försiktighetsåtgärder för användare

Endast kvalificerad laboratoriepersonal får använda denna produkt. Riktlinjerna för arbete i medicinska laboratorier (god laboratoriesed) måste följas. Följ bruksanvisningen strikt när du utför tester från RIDASCREEN®. Pipettera inte prover eller reagenser med munnen. Undvik kontakt med skadad hud och slemhinnor. Använd personlig skyddsutrustning (lämpliga handskar, labbrock, skyddsglasögon) vid hantering av reagenser och prover och tvätta händerna efter avslutad användning av produkten. Rök, ät eller drick inte i områden där prover eller testreagenser hanteras.

Farliga material indikeras i enlighet med föreskrifter på märkningen.

Ytterligare information om Safety Data Sheets, SDS finns under artikelnumret på <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Stoppreagenset innehåller svavelsyra. Undvik kontakt med hud eller slemhinnor.

Användare är ansvariga för korrekt avyttrande av RIDASCREEN® **Stop** efter användning. Följ nationella förordningar om kassering.

För användare i Europeiska unionen: Rapportera alla allvarliga biverkningar som är förknippade med produkten till R-Biopharm AG och lämpliga nationella myndigheter.

## 8. Testprocedur

Innan användning, låt RIDASCREEN® **Stop** nå rumstemperatur (20 - 25 °C). RIDASCREEN® **Stop** måste användas enligt beskrivningen i bruksanvisningen för testen från RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).

## 9. Metodens begränsningar










1. RIDASCREEN® **Stop** är endast för användning med nämnda test från RIDASCREEN® (se avsnitt 1. Avsedd användning).
2. Denna produkt bör användas i enlighet med förordningen om god laboratoriesed( GLP). Under användning av RIDASCREEN® **Stop**, måste operatörer noggrant följa tillverkarens instruktioner för RIDASCREEN® testet noggrant.

## 10. Versionshistorik

Versionsnummer	Avsnitt och benämning
2021-12-29	Utgivningsversion

## 11. Symbolförklaringar

### Allmänna symboler

	För <i>in-vitro</i> -diagnostisk användning
	Se användarhandboken
	Batchnummer
	Använd före
	Förvaringstemperatur
	Artikelnummer
	Antal tester
	Tillverkningsdatum
	Tillverkare

### Testspecifika symboler

	Stoppreagens
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------