

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

REF 3096P00-VK



1. Účel použití

K diagnostickému použití *in vitro*. Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) je určen jako promývací pufr pro použití s testem RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) a RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049).

Produkt je určen pro profesionální použití.

2. Souhrn a vysvětlení testu

Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x je nabízen jako příslušenství pro testy RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití).

3. Princip testu

Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x je 20násobně koncentrovaný a musí být používán v souladu s návodem k použití testů RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití).

Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x se používá k promývání mikrotitračních destiček RIDASCREEN®.

4. Dodávaná činidla

Tabulka 1: Činidla dodávaná pro pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x

Součásti soupravy	Množství		Popis
TDM Wash buffer 20x Průhledné víčko	1 x	50 mL	Promývací pufr, detergent v roztoku fosfátového pufru a antimikrobiální látky (20násobně koncentrované)

5. Pokyny k uskladnění

Dodržujte pokyny k manipulaci uvedené v tabulce 2 a uskladněte produkt bezprostředně po použití v souladu s uvedenými informacemi. Po uplynutí data použitelnosti nebo doporučené doby uskladnění otevřeného produktu přestává platit záruka kvality.

Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x se dodává jako 20násobný koncentrát a před použitím se musí naředit destilovanou nebo deionizovanou vodou v poměru 1:20 (přidejte 50 mL koncentrátu do odměrného válce o objemu 1 000 mL a doplňte destilovanou vodou na 1 000 mL).

Tabulka 2: Podmínky uskladnění a související informace

	Uskladňovací teplota	Maximální doba uskladnění	Další poznámky týkající se uskladnění
neotevřené	2 - 8 °C	Lze používat do vytištěného data použitelnosti	–
naředěný promývací pufr	2 - 8 °C	≤ 4 týdny	–

6. Potřebná činidla, která nejsou součástí dodávky

6.1 Činidla

Činidla
Test RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití)

6.2 Laboratorní vybavení

K provedení testu RIDASCREEN® je zapotřebí laboratorního vybavení (viz Část 1. Účel použití).

7. Varování a bezpečnostní opatření pro uživatele

Tento produkt smí používat výhradně kvalifikovaný laboratorní personál. Dodržujte pokyny pro práci ve zdravotnických laboratořích (správná laboratorní praxe). Při provádění testů RIDASCREEN® přísně dodržujte provozní příručku. Nepipetujte vzorky ani činidla ústy. Zabraňte kontaktu s poškozenou pokožkou a sliznicemi. Při manipulaci s činidly a vzorky používejte osobní ochranné prostředky (vhodné rukavice, laboratorní plášť, ochranné brýle) a po skončení práce si umyjte ruce. V místech, kde se manipuluje se vzorky, nekuřte, nejezte ani nepijte.

Nebezpečné materiály jsou označeny v souladu s předpisy pro značení. Další podrobné informace o bezpečnostních listech (Safety Data Sheet, SDS) můžete nalézt pod číslem položky na stránkách

<https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Uživatelé jsou zodpovědní za správnou likvidaci pufru RIDASCREEN®

TDM Wash buffer 20x po jeho použití. Při likvidaci dodržujte národní předpisy.

Pro uživatele v Evropské unii: Všechny závažné nežádoucí příhody spojené s tímto produktem oznamte společnosti R-Biopharm AG a příslušným vnitrostátním orgánům.

8. Průběh testu

Před použitím zahřejte pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x na pokojovou teplotu (20 - 25 °C). Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x musí být používán v souladu s návodem k použití testů RIDASCREEN® (viz Část 1. Účel použití).

9. Omezení metody










1. Pufr RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x je určen k použití pouze s uvedenými testy RIDASCREEN® TDM (viz Část 1. Účel použití).
2. Tento produkt musí být používán v souladu s nařízením o správné laboratorní praxi. Při použití pufru RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x musí obsluha přesně dodržovat pokyny výrobce testu RIDASCREEN®.

10. Historie verze

Číslo verze	Část a určení
2021-12-09	Verze vydání

11. Vysvětlení symbolů

Obecné symboly

	K diagnostickému použití <i>in vitro</i>
	Dodržujte pokyny uváděné v provozní příručce.
	Číslo šarže
	Datum spotřeby
	Uskladňovací teplota
	Číslo položky
	Počet testů
	Datum výroby
	Výrobce

Symbole specifické pro test

	Promývací pufr (20násobně koncentrovaný)
---	--