

**RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x**

**REF** 3096P00-VK



## 1. Paredzētais lietojums

Lietošanai *in vitro* diagnostikā. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x (3096P00-VK) ir paredzēts kā mazgāšanas buferšķīdums lietošanai ar RIDASCREEN® IFX Monitoring (G09041), RIDASCREEN® Anti-IFX Antibodies (G09042), RIDASCREEN® ADM Monitoring (G09043), RIDASCREEN® Anti-ADM Antibodies (G09044), RIDASCREEN® VDZ Monitoring (G09045), RIDASCREEN® GLM Monitoring (G09047) un RIDASCREEN® UST Monitoring (G09049) testu.

Izstrādājums paredzēts profesionālai lietošanai.

## 2. Testa kopsavilkums un skaidrojums

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tiek piedāvāts kā piederums RIDASCREEN® testiem (skatīt sadaļu "1. Paredzētais lietojums").

## 3. Testa princips

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ir divdesmitkārtīgi koncentrēts, un tas jālieto, kā aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt sadaļu "1. Paredzētais lietojums").

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x izmanto RIDASCREEN® mikrotitrēšanas plates mazgāšanai.

## 4. Nodrošinātie reaģenti

1. tabula: RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x nodrošinātie reaģenti

Komplekta komponenti	Apjoms		Apraksts
TDM Wash buffer 20x <i>Caurspīdīgs vāks</i>	1 x	50 mL	Mazgāšanas buferšķīdums, mazgāšanas līdzeklis fosfāta buferšķīdumā un antimikrobie līdzekļi (divdesmitkārtīgi koncentrēts)

## 5. Uzglabāšanas norādījumi

Lūdzu, ievērojiet 2. tabulā sniegtos norādījumus un uzglabājiet izstrādājumu uzreiz pēc lietošanas saskaņā ar norādīto informāciju. Pēc derīguma termiņa beigām vai pēc atvērtā izstrādājuma ieteicamā glabāšanas perioda beigām kvalitātes garantija vairs nav derīga.

RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x tiek piegādāts divdesmitkārtīgi koncentrētā veidā un pirms lietošanas ir jāatšķaida attiecībā 1:20 ar destilētu vai dejonizētu ūdeni (iepildot 50 mL koncentrāta 1000 mL mērcilindrā un pievienojot destilētu ūdeni, līdz sasniegta 1000 mL atzīme).

## 2. tabula: Uzglabāšanas nosacījumi un informācija

	Uzglabāšanas temperatūra	Maksimālais glabāšanas laiks	Papildu piezīmes par uzglabāšanu
neatvērts	2–8 °C	Var izmantot līdz uzdrukātā derīguma termiņa beigām	-
atšķaidīts mazgāšanas buferšķīdums	2–8 °C	≤ 4 nedēļas	-

## 6. Nepieciešamie, bet komplektā neiekļautie reaģenti

### 6.1. Reaģenti

Reaģenti
RIDASCREEN® tests (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”)

### 6.2. Laboratorijas aprīkojums

Testa veikšanai ir nepieciešams RIDASCREEN® testa lietošanai atbilstošais laboratorijas aprīkojums (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”).

## 7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi lietotājiem

Izstrādājumu drīkst lietot tikai kvalificēts laboratorijas personāls. Ievērojiet vadlīnijas darbam medicīnas laboratorijās (laba laboratorijas prakse). Veicot RIDASCREEN® testus, stingri ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu. Paraugus vai reaģentus nedrīkst iepilināt no pipetes, pūšot ar muti. Izvairieties no saskares ar bojātu ādu un gļotādu. Rīkojoties ar reaģentiem un paraugiem, izmantojiet individuālos aizsarglīdzekļus (atbilstošus cimdus, laboratorijas halātu, aizsargbrilles) un pēc izstrādājuma lietošanas nomazgājiet rokas. Nesmēķējiet, neēdiet un nedzeriet vietās, kur tiek apstrādāti paraugi.

Bīstamie materiāli ir norādīti saskaņā ar marķēšanas saistībām.

Detalizēta informācija par drošības datu lapu (Safety Data Sheet, SDS) ir atrodama ar preces numuru vietnē <https://clinical.r-biopharm.com/search/>.

Lietotāji ir atbildīgi par pareizu RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x utilizāciju pēc lietošanas. Utilizējot, lūdzu, ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus.

Lietotājiem Eiropas Savienībā: ziņojiet R-Biopharm AG un attiecīgajām valsts iestādēm par visām būtiskajām nevēlamajām blakusparādībām, kas saistītas ar šo izstrādājumu.

## 8. Testa procedūra

Pirms lietošanas sasildiet RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x līdz istabas temperatūrai (20–25 °C). RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x jālieto, kā aprakstīts RIDASCREEN® testu lietošanas instrukcijā (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”).

## 9. Metodes ierobežojumi










1. RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x ir paredzēts lietošanai tikai ar norādītajiem RIDASCREEN® TDM testiem (skatīt sadaļu “1. Paredzētais lietojums”).
2. Šis izstrādājums ir jāizmanto saskaņā ar labas laboratorijas prakses (LLP) noteikumiem. Lietojot RIDASCREEN® TDM Wash buffer 20x, operatoriem precīzi jāievēro ražotāja norādījumi par RIDASCREEN® testu lietošanu.

## 10. Versiju vēsture


Versijas numurs	Sadaļa un apzīmējums
2021-12-09	Laidiena versija

## 11. Simbolu skaidrojums

### Vispārīgie simboli

	Lietošanai <i>in vitro</i> diagnostikā
	Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatu
	Sērijas numurs
	Izlietot pirms
	Uzglabāšanas temperatūra
	Preces numurs
	Testu skaits
	Izgatavošanas datums
	Ražotājs

### Testa specifiskie simboli

	Mazgāšanas buferšķīdums (divdesmitkārtīgi koncentrēts)
---	--